IT TERMOMETRO FLEX NIGHT

ISTRUZIONI PER L'USO
Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso e conservare per futuro riferimento.

AVVERTENZE
Precedentemente al primo utilizzo e dopo ogni misurazione pulire e sanitizzare la sonda. Conservare in luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo. Non lasciare mai solo il bambino durante la misurazione della temperatura. Il termometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc.) che possono essere inghiottiti dai bambini e mettere a rischio la salute. L'eventuale utilizzo su soggetti con ridotte capacità cognitive deve avvenire sotto supervisione di un adulto. Il termometro è destinato esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea. In caso di urti, cadute o qualora sussistano dubbi sul funzionamento del prodotto, rivolgersi al distributore. Non provare ad aggiustare il termometro. In caso di dubbio o di rialzo della temperatura consultare il medico. Dopo l'uso riporre il termometro in un luogo fresco ed asciutto e al riparo dalla polvere. Il corretto posizionamento del termometro è fondamentale per un'accurata rilevazione della temperatura. Evitare di bere bevande calde o fredde, di svolgere attività fisica, di fare un bagno o una doccia e di fumare durante i 15 minuti antecedenti la misurazione. Per assicurarsi di misurare in modo corretto la temperatura seguire le seguenti istruzioni. Solo per uso rettale e orale. Termometro a misurazione diretta. Non necessita ricalibrazione.

MODALITÀ D'USO:
1. Accertarsi il termometro premendo il pulsante ON/OFF
2. Sul visore appariranno in ordine tutti i segmenti: "188,8°E Mª » "Ultima misurazione effettuata" (es. 36,0°C M/96,8°F M) » "37,0°C/98,6°F" (temperatura di autotest) » "Lo°C/ Lo°F" con °C lampeggiante ad indicare l'inizio della misurazione;
3. Posizionare il termometro:
a. Uso Orale (~10 sec.): posizionare la punta della sonda nella parte inferiore della bocca, sotto la lingua e chiudere la bocca.
b. Uso Rettale (~10 sec.): inserire la punta della sonda nel retto per alcuni mm. Se durante tale operazione si rileva resistenza interrompere immediatamente. Per misurare la temperatura al neonato per via rettale, sdraiarlo su una piano rigido su un fianco, mantenere la gamba vicino al petto arrotondolo fermo in modo che non possa voltarsi durante la misurazione. Ricordare che la temperatura corporea interna è sempre leggermente superiore a quella esterna (circa 0,5°C). Non utilizzare unguenti, vaselli o altri simili sulla punta.
4. Un segnale acustico avvisa dell'avvenuta rilevazione. Il display si illumina per qualche secondo per facilitare la lettura della temperatura. **ALLARME FEBBRE:** Se la temperatura è ≥ 37.8 °C (≥ 100.0 °F), viene emesso un suono di allarme.
5. Se viene visualizzata la scritta Lo°C/ Lo°F il termometro ha misurato una temperatura inferiore al valore minimo dell'intervallo di misurazione. Se viene visualizzata la scritta Hi°C/ Hi°F il termometro ha misurato una temperatura superiore al valore massimo dell'intervallo di misurazione. Ripetere questi casi si suggerisce di verificare il corretto posizionamento del termometro e ripetere la misura. Se dopo ripetute misure il termometro ha problemi di funzionamento: rivolgersi al Servizio Consumatori.
6. Dopo la rilevazione spegnere il termometro premendo il pulsante (se viene dimenticato acceso il termometro si spegnerà dopo circa 10 minuti). Se compare la scritta "ERR" il termometro ha problemi di funzionamento: rivolgersi al Servizio Consumatori.

PRECAUZIONI IN CASO DI MISURA ASCELLARE
Trattandosi di un termometro a misurazione diretta e rapida se ne consiglia l'uso rettale ed orale.
Se fosse necessario effettuare una misurazione ascellare prendere queste precauzioni per permettere alla temperatura ascellare di stabilizzarsi:
- assicurarsi che l'ascella sia asciutta;
- collocare il braccio lungo il corpo senza spostare o stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;
- procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo "Modalità d'uso".

SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F
Per passare da scala °C a °F o viceversa, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 2 secondi dopo i quali sarà visualizzato il cambio di unità di misura. Rilasciare il pulsante, il termometro avvia automaticamente la procedura di autotest per procedere con la misurazione.

SOSTITUZIONE DELLA PILA
Il termometro è alimentato da una pila tipo LR-1130 la cui durata minima è di 1000 misurazioni. La visualizzazione del simbolo indica che la batteria è scarica. Sostituire immediatamente la batteria. Per sostituire la batteria: aprire il vano batteria ruotando il coperchio in senso anti-orario di 45° usando un utensile. Rimuovere la batteria scarica e inserire la nuova con il polo positivo "+" rivolto verso l'alto. Richiudere il coperchio del vano ruotandolo in senso orario di 45°. Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori per la raccolta differenziata secondo le indicazioni riportate alla fine delle istruzioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini e non ingerire sono tossiche.

PULIZIA E DISINFEZIONE
Il termometro e la sua sonda possono essere puliti utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto con alcool o soluzioni specifiche disinfettanti. La sonda è waterproof. Lo strumento non è impermeabile, non immergerlo o fare pressione a fondo in acqua. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, solventi o benzene.

SPECIFICHE TECNICHE
- Intervallo di misurazione della temperatura: 32°C (90.0°F) - 42.9°C (109.9°F)
- Accuratezza: ±0.1°C (0.2°F) 35.5°C (95.9°F) - 42.0°C (107.6°F); ±0.2°C (0.4°F) <35.5°C >42.0°C
- Alimentazione: pila LR-1130.1.5V DC o pila equivalente
- Tempo approssimativo di misurazione: 10 secondi in ambiente di test
- Temperatura di utilizzo: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), umidità <=85%RH non condensante, 700-1060hPa
- Vita utile prevista 10.000 misure

CONDIZIONI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO

	Temperatura -25°C / 55°C (-13.0°F / 131.0°F)		Umidità <=85%RH non condensante

Pressione di trasporto/conservazione 700-1060 hPa

LOT	Numero di Lotto	REF	Codice Prodotto
	La sonda è una parte applicata di tipo BF		Fabbricante

IP 22 grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi e liquidi (gocciolamento - inclinazione 15°).

Conforme alla direttiva MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE
Conforme alla norma EN 12470-3:2000+A1:2009
Termometri clinici - parte 3: prestazione dei termometri elettrici compatti (a comparazione e extrapolazione) aventi un dispositivo di massimo.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
1. Il termometro è stato progettato in accordo alla Norme vigenti e ai requisiti di Compatibilità Elettromagnetica.

In ogni caso è necessario adottare alcune precauzioni in materia EMC, predisporre e utilizzare il termometro in conformità alle indicazioni di EMC fornite nel presente documento.

2. Le apparecchiature di comunicazione senza fili, come i dispositivi wireless della rete domestica, i telefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni radio base, i walkie-talkie possono influenzare questo dispositivo e dovrebbero essere tenute almeno ad una distanza di "d" dall'apparecchiatura.

La distanza "d" è calcolata dal costruttore nella colonna da 800MHz a 2,5 GHz di tabella 6 della norma IEC 60601-1-2: 2007, a seconda dei casi.

Al fine di ridurre possibili interferenze da dispositivi mobili o da trasmettitori RF, il costruttore suggerisce di mantenere l'apparecchiatura ad una distanza di sicurezza di almeno 1 m.

Maggiori informazioni sulla conformità EMC del termometro FLEX NIGHT possono essere richieste al Servizio Consumatori Artsana S.p.A utilizzando i riferimenti riportati in questo manuale. Il prodotto non necessita di ricalibrazione. Non cercare di riparare il termometro. Per qualsiasi dubbio o problema contattare Artsana S.p.A.

GARANZIA
Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso.
La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali.
Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

EN FLEX NIGHT THERMOMETER

INSTRUCTIONS
Please read the safety instructions and instructions for use carefully before use and keep them for future reference.

WARNINGS
Before using the first time and after every measurement, clean and sanitise the probe. Keep in a safe place and out of the reach of children. It is not a toy. Never leave children alone while measuring temperature. The thermometer contains small components (batteries, etc.) that may be swallowed by children putting their health at risk. Persons with cognitive limitations must use the thermometer under the supervision of an adult. The thermometer is intended solely for the measurement of body temperature. In the case of knocking, falls or doubts about the operation of the product, contact the distributor. Do not try to repair the thermometer. If in doubt or if the temperature rises, contact your physician. After use put the thermometer away in a cool, dry place, away from dust. Positioning the thermometer correctly is essential for an accurate temperature measurement. Refrain from drinking hot or cold beverages, performing physical exercise, taking a bath or shower or smoking in the 15 minutes before temperature measurement. To ensure correct measurement of temperature, follow the instructions below. For rectal and oral use only. Thermometer for direct measurement. No recalibration required.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Switch on the thermometer by pressing the ON/OFF button.
2. The display will show all the segments below in the following order: "188.8°E M" » Last measurement taken" (e.g., 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F" (self-test temperature) » "Lo°C/ Lo°F" with flashing °C to indicate the start of measurement;
3. Position the thermometer:
a. Oral use (~10 sec.): Position the tip of the probe in the lower part of the mouth, under the tongue, and close your mouth.
b. Rectal use (~10 sec.): Insert the tip of the probe a few millimetres in the rectum. If you encounter resistance in doing so, stop immediately. To measure the temperature of a baby rectally, lay the baby on his side on a hard surface and lift his legs toward his chest holding him securely to keep him from turning during the measurement. Remember that internal body temperature is always slightly higher than the external body temperature (about 0.5°C). Do not use lotions, vaseline or the like on the tip.
4. A beep alerts you when the measurement is finished. The display lights up a few seconds to favour the reading of the temperature. **FEVER ALERT:** If the temperature is ≥37.8 °C (≥ 100.0 °F), you will hear an alarm sound.
5. If the Lo°C/ Lo°F appears, the thermometer has measured a temperature below the minimum value of the measurement range. If the Hi°C/ Hi°F appears, the thermometer has measured a temperature above the maximum value of the measurement range. In these cases we suggest checking that the thermometer is positioned correctly and repeat the measurement. If "ERR" appears, the thermometer is not working correctly: Contact our Customer Service.
6. After measuring, switch off the thermometer off by pressing the button (if you forget it ON, it will switch off automatically after about 10 minutes). If "ERR" appears, the thermometer is not working correctly: Contact our Customer Service.

PRECAUTIONS IN THE CASE OF AXILLARY MEASUREMENT
Since the thermometer is for direct and rapid measurement, we recommend rectal and oral use.
If you need to measure the axillary temperature, take these precautions to allow the axillary temperature to stabilise:
- Make sure that the armpit is dry;
- With the thermometer still off, place the tip in the armpit and hold your arm tightly against the body staying in this position for about 60 seconds before measurement;
- Proceed with the measurement as illustrated in the paragraph "Instructions for use".

SELECTING THE °C/°F SCALE
To change scale, with the thermometer off, keep the ON/OFF button pressed for at least 2 seconds after which the °C and °F will flash to confirm the measurement will appear. Release the button. The thermometer will automatically start the self-test procedure to continue with measurement.

CHANGING THE BATTERY
The thermometer is powered by an LR-1130 battery with an average life of about 1000 measurements. The symbol appears to indicate that the battery is low. Change battery immediately. To change the battery: open the battery compartment by turning the cover 45° counterclockwise with the aid of a tool. Remove the flat battery and insert a new one with the positive pole "+" facing up. Close the cover of the compartment turning it 45° clockwise. Dispose of old batteries in differentiated waste collection containers, following the instructions at the end of this manual. Keep out of reach of children: they are toxic if ingested.

CLEANING AND DISINFECTION
The thermometer and the probe can be cleaned using a cotton wad soaked with alcohol or a disinfectant solution. The probe is waterproof. The instrument is not waterproof. Do not immerse it in liquid or let water or other liquids penetrate inside. Never use abrasive detergents, solvents or benzene.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Temperature measurement range: 32 °C (90.0 °F) - 42.9 °C (109.9 °F)
- Accuracy: ±0.1°C (0.2°F) 35.5°C (95.9°F) - 42.0°C (107.6°F); ±0.2°C (0.4°F) <35.5°C >42.0°C
- Power: LR-1130.1.5V DC battery or equivalent
- Estimated measurement time: 10 seconds in the test environment
- Operating temperature: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), humidity <=85%RH not condensing, 700-1060hPa
- Life expectancy 10,000 measurements

STORAGE & TRANSPORTATION ENVIRONMENT

	Temperature -25 °C / 55 °C (-13.0°F / 131.0°F)		Humidity <=85%RH not condensing

Storage / transportation pressure : 700hPa - 1060hPa

LOT	Batch number	REF	Catalogue Number
	The probe is a type BF applied part		Manufacturer

IP 22 degree of protection against penetration of solids and liquids (dripping water when tilted 15°).

Compliant with MDD 93/42/EEC and Directive 2007/47/EC

Complies with standard EN 12470-3:2000+A1:2009
Clinical thermometers - part 3: performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
1. The thermometer was designed in compliance with applicable standards and Electromagnetic Compatibility requirements.

In any case it is necessary to take some EMC precautions and to prepare and use the thermometer in compliance with the EMC instructions provided in this document.

2. Wireless communication equipment, such as domestic network wireless devices, cell phones, cordless phones and their base stations, and walkie-talkies, can affect the device and should be kept at least at a distance "d" from the equipment.

Distance "d" is calculated by the manufacturer in the column 800MHz to 2,5 GHz of table 6 of standard IEC 60601-1-2: 2007, as the case may be.

To reduce possible interference from mobile devices or RF transmitters, the manufacturer suggests keeping the equipment at a safety distance of at least 1 m.

For more information on the EMC conformity of the FLEX NIGHT thermometer, contact Artsana S.p.A using the contact information provided in this manual. The product does not require re-calibration. Do not try to repair the thermometer. In case of doubts or problems, contact Artsana S.p.A.

WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions for use.
The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or accidental events.
For the duration of warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided

FR THERMOMÈTRE FLEX NIGHT

MODE D'EMPLOI
Avant l'utilisation, lire attentivement les avertissements suivants et le mode d'emploi et les conserver pour toute référence future.

AVERTISSEMENTS
Avant la première utilisation et après chaque mesure, nettoyer et désinfecter la sonde. Conserver dans un endroit sûr et loin de portée des enfants, ceci n'est pas un jouet. Ne jamais laisser votre enfant seul pendant la mesure de la température. Le thermomètre contient de petites pièces (piles, etc.) qui peuvent être avalées par les enfants et mettre leur santé en danger. L'utilisation par des sujets ayant des capacités cognitives réduites doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte. Ce thermomètre est destiné exclusivement à la mesure de la température corporelle. En cas de chocs, de chutes ou de doutes sur le fonctionnement du produit, contacter le distributeur. Ne pas essayer de réparer le thermomètre. En cas de doute ou de hausse de la température, consulter un médecin. Après l'utilisation, ranger le thermomètre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière. Le positionnement correct du thermomètre est primordial pour obtenir une mesure exacte de la température. Éviter de boire des boissons chaudes ou froides, de pratiquer une activité physique, de prendre un bain ou une douche et de fumer pendant les 15 minutes précédant la mesure. Pour mesurer la température du nouveau-né par voie rectale, l'allonger sur une surface rigide, le placer sur le côté et remonter la jambe vers la poitrine en la maintenant bien fermement afin qu'il ne puisse pas se retourner pendant la mesure. Nous rappelons que la température interne du corps est toujours légèrement supérieure à la température externe (environ 0,5°C). Ne pas utiliser d'onguents, de lubrifiants ou autres produits similaires sur l'embout.
Un signal sonore avertit que la mesure est effectuée. L'afficheur s'éclaire pendant quelques secondes pour faciliter la lecture de la température.

ALARME FIÈVRE :
Si la température est ≥ 37,8 °C (≥ 100.0 °F), une alarme sonore est émise.

5. Si l'inscription Lo°C/ Lo°F s'affiche, cela signifie que le thermomètre a mesuré une température inférieure à la valeur minimum de la plage de mesure. Si l'inscription Hi°C/ Hi°F s'affiche, cela signifie que le thermomètre a mesuré une température supérieure à la valeur maximum de la plage de mesure. Dans ces cas, il est conseillé de vérifier le positionnement du thermomètre et de répéter la mesure. Si le message « ERR » s'affiche, le thermomètre présente des problèmes de fonctionnement : s'adresser au Service Consommateurs.
6. Après le relevé, éteindre le thermomètre en appuyant sur le bouton (si on oublie de l'éteindre, il s'éteindra tout seul au bout de 10 minutes environ). Si le message « ERR » s'affiche, le thermomètre présente des problèmes de fonctionnement : s'adresser au Service Consommateurs.

PRÉCAUTIONS EN CAS DE MESURE SOUS L'AISSELLE
S'agissant d'un thermomètre de mesure directe et rapide, il est conseillé de l'utiliser par voie rectale ou orale.
Dans le cas où une mesure axillaire devrait être nécessaire, prendre les précautions suivantes pour permettre à la température axillaire de se stabiliser :
- s'assurer que l'aisselle est sèche ;
- positionner le thermomètre éteint et serrer le bras contre le corps en restant dans cette position pendant 60 secondes environ avant d'effectuer la mesure ;
- procéder à la mesure comme décrit au paragraphe « Mode d'emploi ».

SÉLECTION DE L'ÉCHELLE °C/°F
Pour passer d'une échelle à l'autre, avec le thermomètre éteint, garder enfoncé le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour afficher le changement de l'unité de mesure. Relâcher le bouton, le thermomètre démarre automatiquement la procédure d'autotest pour procéder à la mesure.

REMPLACEMENT DE LA PILE
Le thermomètre est alimenté par une pile du type LR-1130 dont la durée de vie moyenne est d'environ 1000 mesures. L'apparition du symbole indique que la pile est déchargée. Remplacer immédiatement la batterie. Pour remplacer la pile : ouvrir le compartiment de la pile en tournant le couvercle de 45° dans le sens anti-horaire à l'aide d'un outil approprié d'un outil. Enlever la pile déchargée et en introduire une neuve avec le pôle positif « + » tourné vers le haut. Refermer le couvercle du compartiment en le tournant de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre. Les piles déchargées doivent être éliminées dans des récipients appropriés pour le tri sélectif selon les indications reportées à la fin du mode d'emploi. Tenir hors de portée des enfants ; les piles sont toxiques en cas d'ingestion.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Le thermomètre et sa sonde peuvent être nettoyés à l'aide d'un coton imprégné d'alcool ou de solutions désinfectantes. La sonde est étanche. L'instrument n'est pas étanche, ne pas le plonger dans l'eau, ne pas faire entrer de liquide à l'intérieur. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs, de solvants ou de benzène.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Plage de mesure de la température : 32°C (90.0°F) - 42.9°C (109.9°F)
- Précision : ±0.1°C (0.2°F) 35.5°C (95.9°F) - 42.0°C (107.6°F); ±0.2°C (0.4°F) <35.5°C >42.0°C
- Alimentation : pile LR-1130.1.5V DC ou pile équivalente
- Temps approximatif de mesure : 10 secondes en environnement de test
- Température d'utilisation : 10°C – 35°C (50°F - 95°F), humidité <=85%RH non condensante, 700-1060hPa
- Vie utile prévue 10 000 mesures

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	Température -25°C / 55°C (-13.0°F / 131.0°F)		Humidité <=85%RH non condensante

Pression de transport/conservation : 700hPa - 1060hPa

LOT	Numéro du lot	REF	Référence produit
	La sonde est une applicable de type BF		Fabricant

IP 22 degré de protection contre l'entrée de corps solides et liquides (égouttement - inclinaison 15°).

Conforme aux directives MDD 93/42/CEE et 2007/47/CE
Conforme à la norme EN 12470-3:2000+A1:2009
Thermomètres médicaux – Partie 3 : performances des thermomètres électriques compacts (non prédictifs et prédictifs) avec l'appareil au maximum.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
1. Le thermomètre est conforme aux normes en vigueur et aux conditions requises pour la Compatibilité Électromagnétique.

Il faut dans tous les cas adopter certaines précautions en matière de EMC, préparer et utiliser le thermomètre selon les indications EMC fournies dans ce document.

2. Les appareils de communication sans fil comme les dispositifs wireless du secteur domestique, les téléphones portables, les téléphones cordless et leur base radio, ainsi que les walkie-talkie peuvent perturber ce dispositif et doivent être tenus à une distance "d" minimale.

La distance "d" est calculée par le fabricant dans la colonne allant de 800MHz à 2,5 GHz du tableau 6 de la norme CEI 60601-1-2: 2007, selon les cas.

Afin de réduire les éventuelles interférences provoquées par les dispositifs portables ou les émetteurs RF, le fabricant conseille de conserver l'appareil à une distance de sécurité d'au moins 1 m.

Pour plus amples informations sur la conformité EMC du thermomètre FLEX NIGHT peuvent être demandées à Artsana S.p.A en utilisant les références reportées dans cette notice. Le produit ne nécessite pas d'être recalibré. Ne pas essayer de réparer le thermomètre. En cas de doute ou de problème, veuillez contacter Artsana S.p.A.

GARANTIE
Le produit est garanti contre les défauts de conformité dans des conditions normales d'utilisation selon les indications prévues par la notice d'emploi.
La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages dérivant d'un usage inapproprié, de l'usure ou d'événements accidentels.
Pour la durée de garantie des défauts de conformité, se référer aux dispositions spécifiques prévues par les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.

DE THERMOMETER FLEX NIGHT

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG
Vor dem Gebrauch die Hinweise und die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und für spateres Nachschlagen aufbewahren.

HINWEISE
Vor dem ersten und nach jeder Messung reinigen und desinfizieren. An einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Thermometer ist kein Spielzeug. Kinder niemals unbeaufsichtigt messen. Das Thermometer enthält kleine Bestandteile (Batterien usw.), die von Kindern verschluckt werden und so deren Gesundheit gefährden können. Die Verwendung an Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. Das Thermometer wurde ausschließlich für die Messung der Körpertemperatur konzipiert. Im Fall von harten Stößen, Fallenlassen oder wenn Zweifel am ordnungsgemäßen Funktionieren des Produkts bestehen, kontaktieren Sie den Händler. Versuchen Sie nicht, das Thermometer zu reparieren. Im Zweifelsfall oder bei Fieber einen Arzt aufsuchen. Nach dem Gebrauch das Thermometer nach dem Gebrauch an einem kühlen und trockenen Ort und vor Staub geschützt aufbewahren. Das korrekte Positionieren des Thermometers ist von großer Wichtigkeit für eine korrekte Temperaturmessung. Während der letzten 15 Minuten vor der Messung sollte man keine heißen oder kalten Getränke konsumieren, rauchen, Sport treiben, baden oder duschen. Um sicherzustellen, dass die Temperatur korrekt gemessen wird, die folgenden Anweisungen beachten. Nur für rektale oder orale Verwendung. Thermometer zur direkter Messung. Erfordert keine neue Kalibrierung.

GEBRAUCH:
1. Das Thermometer einschalten, indem man die Taste ON/OFF drückt
2. Auf der Anzeige werden nacheinander alle Segmente angezeigt: "188.8°E M" » "Letzte Messung" (z.B. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F" (Temperatur des Autotests) » "Lo°C/ Lo°F", wobei °C blinkt, um den Beginn der Messung anzuzeigen;
3. Das Thermometer positionieren:
a. orale Verwendung (~10 Sek.): die Spitze des Fühlers im unteren Bereich der Mundhöhle unter der Zunge positionieren und den Mund schließen.
b. rektale Verwendung (~10 Sek.): die Spitze des Fühlers einige mm in den After einführen. Wenn dabei Widerstand festgestellt wird, sofort unterbrechen. Um die Temperatur eines Neugeborenen rektal zu messen, das Baby auf einer harten Oberfläche seitlich ablegen und die Beinchen heben, bis die Knie vor seiner Brust angezogen sind. Das Baby während der Messung nicht umdrehen kann. Denken Sie daran, dass die interne Körpertemperatur immer leicht über der externen liegt (circa 0,5°C). Keine Salben, Vaseline oder ähnliches auf der Spitze verwenden.
4. Ein Piepton informiert darüber, dass die Messung zu Ende ist. Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf, um das Ablesen der Temperatur zu erleichtern. **FIEBERALARM:** Wenn die Temperatur ≥ 37,8 °C (≥ 100,0 °F) beträgt, wird ein Alarmton abgegeben.
5. Wenn Lo°C/ Lo°F angezeigt wird, hat das Thermometer eine Temperatur unter dem Mindestmessbereich erhoben. Wenn Hi°C/ Hi°F angezeigt wird, hat das Thermometer eine Temperatur über dem Höchstwert des Messbereichs gemessen. In diesen Fällen wird empfohlen, die korrekte Positionierung des Thermometers zu prüfen und die Messung zu wiederholen. Wenn "ERR" angezeigt wird, hat das Thermometer irgendeinen Betriebsfehler: Kundendienst Artsana kontaktieren.
6. Nach der Messung das Thermometer ausschalten, indem man die Taste ON/OFF drückt (falls das Thermometer eingeschaltet bleibt, schaltet es sich nach ca. 10 Minuten selbst ab).Wenn "ERR" angezeigt wird, hat das Thermometer irgendeine Betriebsstörung: Wenden Sie sich an die Verbraucherabteilung.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER AXILLAREN MESSUNG
Da es sich um ein Thermometer mit direkter und schneller Messung handelt, wird ein rektaler oder oraler Gebrauch empfohlen.
Sollte eine axillare Messung vorgenommen werden muss, folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um eine Stabilisierung der Achseltemperatur zu gestatten:
- sicherstellen, dass die Achsel trocken ist;
- die Spitze des ausgeschalteten Thermometers positionieren und den Arm gegen den Körper drücken. Zirka 60 Sekunden in dieser Position bleiben, bevor die Temperatur gemessen wird;
- die Temperatur messen, wie im Absatz "Gebrauch" beschrieben wird.

AUSWAHL DER °C/°F-SKALA
Um von einer Skala zur anderen zu wechseln, mit ausgeschaltetem Thermometer die Taste ON/OFF mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten. Danach wird der Wechsel der Maßeinheit angezeigt. Die Taste loslassen. Das Thermometer startet automatisch das Autotest-Verfahren, um mit der Messung fortzufahren.

AUSTAUSCH DER BATTERIE
Das Thermometer wird mit einer Batterie vom Typ LR-1130 gespeist, deren Mindestlebensdauer 1000 Messungen beträgt. Wenn das Symbol angezeigt wird, bedeutet das, dass die Batterie leer ist. Unverzüglich die Batterie austauschen. Um die Batterie auszutauschen: Das Batteriefach öffnen, indem man den Deckel mit einem Werkzeug um 45° gegen den Uhrzeigersinn dreht. Die leere Batterie herausnehmen und die neue mit dem Pluspol "+" nach oben gerichtet einlegen. Diesen Deckel des Batteriefachs wieder schließen, indem man ihn um 45° im Uhrzeigersinn dreht. Die leeren Batterien müssen in den vorgesehenen Behältern für die getrennte Müllsammlung gemäß den Anweisungen am Ende der Gebrauchsanleitung entsorgt werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren; sie sind giftig, wenn sie verschluckt werden.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
Das Thermometer und sein Fühler müssen mit einem in Alkohol oder Desinfektionslösung getränkten Wattebausch gereinigt werden. Der Fühler ist wasserdicht. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Dieses nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder diese eindringen lassen. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel oder Benzol.

TECHNISCHE DATEN
- Temperaturmessintervall: 32°C (90.0°F) - 42.9°C (109.9°F)
- Genauigkeit: ±0.1°C (0.2°F) 35.5°C (95.9°F) - 42.0°C (107.6°F); ±0.2°C (0.4°F) <35.5°C >42.0°C
- Speisung: Batterie LR-1130.1.5V DC oder gleichwertige Batterie
- Ungefähre Messzeit: 10 Sekunden in Testumgebung
- Betriebstemperatur: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), Feuchtigkeit <=85%RF nicht kondensierend, 700-1060hPa
- Vorgesehene Betriebszeit 10.000 Messungen

UMGEBUNGSTEMPERATUR (TRANSPORT UND LAGERUNG)

	Temperatur -25°C / 55°C (-13.0°F / 131.0°F)		Feuchtigkeit <=85%RF nicht kondensierend

Luftdruck für Transport und Lagerung: 700 hPa - 1060 hPa

LOT	Chargennummer	REF	Produktcode
	Der Fühler ist ein Anwendungsteil des Typs BF		Hersteller

IP 22 Schutzart gegen das Eindringen von festen und flüssigen Körpern (Tropfen - Neigung 15°).

Entspricht der Richtlinie über Medizinprodukte MDD 93/42/EWG und 2007/47/EG
Entspricht der Norm EN 12470-3:2000+A1:2009
Medizinische Thermometer - Teil 3: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Thermometer mit Maximumvorrichtung.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT
1. Das Thermometer wurde unter Beachtung der geltenden Vorschriften und den Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit entwickelt.

Es müssen dennoch einige Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV ergriffen werden, das Thermometer in Übereinstimmung mit den in diesem Dokument angegebenen EMV-Anweisungen vorbereiten und verwenden.

2. Tragbare Geräte mit Funkverbindung in Ihrem Haus, Mobiltelefone, kabellose Telefone und ihre Funkbasisstationen und Walkie-Talkies können dieses Gerät beeinträchtigen und müssen sich daher in einem Abstand „d" zum Gerät befinden.

Der Abstand „d" wird durch den Hersteller in der Spalte von 800MHz bis 2,5 GHz der Tabelle 6 der Norm IEC 60601-1-2: 2007 berechnet.

Um mögliche Störungen durch Mobilgeräte oder RF-Sender zu reduzieren, empfiehlt der Hersteller das Gerät in einem Sicherheitsabstand von mindestens 1 m zu halten.

Weitere Informationen über die EMV-Konformität des Thermometers FLEX NIGHT können bei Artsana S.p.A unter Angabe der Referenzen in dieser Bedienungsanleitung angefordert werden. Das Produkt erfordert keine Neu-Kalibrierung. Versuchen Sie nicht das Thermometer selbst zu reparieren. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Artsana S.p.A.

GARANTIE
Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanleitung) auftreten.
Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder zufälligen Ereignissen.
Bezüglich der Garantiedauer für Konformitätsfehler verweisen wir auf die nationalen Rechtsvorschriften des Kauflandes.

ES TERMÓMETRO FLEX NIGHT

INSTRUCCIONES DE USO
Antes del utilizarlo, lea atentamente las advertencias y las instrucciones de uso y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIAS
Antes de utilizarlo por primera vez y después de cada medición, limpie y desinfecte la sonda. Conserve en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. No es un juguete. Nunca deje a los niños solos mientras le mide la temperatura. El termómetro contiene pequeños componentes (pilas, etc.) que los niños podrían tragarse poniendo en peligro su salud. Su uso en sujetos con discapacidades cognitivas debe hacerse bajo la supervisión de un adulto. Este termómetro está destinado únicamente a medir la temperatura corporal. En caso de golpes o caídas, o si se tiene dudas sobre el funcionamiento del producto, contacte con el distribuidor. No intente reparar el termómetro. En caso de dudas o de aumento de la temperatura corporal, consulte a su médico. Después de su uso, guarde el termómetro en un lugar fresco, seco y protegido del polvo. Guardar correctamente el termómetro es fundamental para obtener una medición precisa de la temperatura. No ingiera bebidas calientes o frías, no haga actividad física, no se bañe o duche, no fume durante los 15 minutos previos a la medición. Para asegurarse de medir la temperatura de forma correcta siga las siguientes instrucciones. Solo para uso rectal y oral. Termómetro de medición directa. No necesita ser calibrado.

MODALIDAD DE USO:
1. Encienda el termómetro pulsando el botón ON/OFF
2. En la pantalla aparecerán, en orden, todos los datos: "188,8°E M" » "Última medición realizada (p. ej. 36,0°C M/96,8°F M)" » "37,0°C/98,6°F" (temperatura de autotest) » "Lo°C/ Lo°F" con °C parpadeando, que indica que inicia la medición;
3. Coloque el termómetro:
a. Uso Oral (~10 seg.): coloque la punta de la sonda en la parte inferior de la boca, debajo de la lengua y cierre la boca.
b. Uso Rectal (~10 seg.): introduzca unos cuantos milímetros de la punta de la sonda en el recto. Si durante esta operación observa resistencia, interrúmpala inmediatamente. Para medir la temperatura del recién nacido por vía rectal: acuéstelo de lado sobre una superficie sólida, lleve sus piernas hacia el pecho y manténgalo sujeto, de manera que no pueda volteарse durante la medición. Recuerde que la temperatura interna siempre es ligeramente superior a la externa (alrededor de 0,5°C). No aplique ningún tipo de ungüento, vaselina u otros productos similares en la punta.
4. Una señal acústica avisa cuando la medición ha terminado. La pantalla se ilumina por algunos segundos para facilitar la lectura de la temperatura. **ALARMA DE FIEBRE:** Si la temperatura es ≥ 37,8 °C (≥ 100,0 °F), se emite un sonido de alarma.
5. Si aparece la leyenda Lo°C/ Lo°F significa que el termómetro ha medido una temperatura inferior al valor mínimo del intervalo de medición. Si aparece la leyenda Hi°C/ Hi°F significa el termómetro ha medido una temperatura superior al valor máximo del intervalo de medición. En estos casos se sugiere comprobar que el termómetro se ha colocado correctamente y repetir la medición. Si aparece la leyenda "ERR" significa que el termómetro presenta problemas de funcionamiento: contácte con el servicio de asistencia al cliente.
6. Después de la medición, apague el termómetro pulsando el botón (si se olvida encendido este se apagará tras unos 10 minutos). Si aparece la leyenda "ERR" significa el termómetro presenta problemas de funcionamiento: contácte con el servicio de asistencia al cliente.

PRECAUCIONES EN CASO DE MEDICIÓN EN LAS AXILAS
Tratándose de un termómetro de medición directa y rápida, se aconseja la uso rectal u oral.
Si es necesario efectuar la medición en la axila, tome las siguientes precauciones para que la temperatura en la axila se estabilice:
- asegúrese de que la axila esté seca;
- coloque la punta del termómetro apagado y apriete el brazo contra el cuerpo; permanezca en esta posición por unos 60 segundos antes de efectuar la medición;
- efectúe la medición siguiendo las instrucciones del apartado "Modo

GARANTIE

Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen.

De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen.

Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

PL TERMOMETR FLEX NIGHT

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcje użytkowania i zachować je na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

Przed pierwszym użyciem i po każdym pomiarze wyczyścić sondę i wykonać jej sanityzację. Przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. To nie jest zabawka. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru podczas pomiaru temperatury. Termometr zawiera małe elementy (baterie itp.), które mogą zostać połknięte przez dzieci i zagrozić ich zdrowiu. Ewentualne uzycie w przypadku podmiotów o ograniczonych zdolnościach poznawczych wymaga nadzoru osoby dorosłej. Termometr jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. W przypadku uderzenia, upadku lub jeżeli zaistnieją wątpliwości odnoszące działania produktu, zwrócić się do producenta. Nie próbować naprawiać termometru we własnym zakresie. W przypadku wątpliwości zasięgnąć porady lekarza. Po użyciu odłożyć termometr w miejsce chłodne i suche, zabezpieczone przed kurzem. Prawidłowe ułożenie termometru to podstawa dokładnego pomiaru temperatury. Należy wybrać jeden sposób pomiaru i pomiar nie pić gorącej ani zimnych napojów, nie wykonywać aktywności fizycznej, nie brać kąpieli ani prysznicu oraz nie palić. Aby mieć pewność, że pomiar jest wykonywany prawidłowo zastosować się do poniższych instrukcji. Tylko do użytku rektalnego i ustnego. Termometr do pomiaru bezpośrednio on. Nie wymaga ponownej kalibracji.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Włączyć termometr naciskając przycisk ON/OFF.
2. Na wyświetlaczu wyświetlą się kolejno wszystkie segmenty: "188.8°E M" » "Ostatni wykonany pomiar" (np. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F" (temperatura autotestu) » "Lo°C/ Lo°F" z migającym symbolem °C informującym o rozpoczęciu pomiaru.
3. Umieścić termometr:
   a. Zastosowanie doustne (~10 sek): końcówkę sondy umieścić w dolnej części pod językiem, z dala od zębów.
   b. Zastosowanie rektalne (~10 sek.): końcówkę sondy wsunąć do odbytu na kilka mm. Jeżeli podczas tej czynności jest wyczuwalny opór, natychmiast przestać. Aby zmierzyć temperaturę ciała dziecka w wieku poniżej niż 3 miesięcy, należy upewnić się, że termometr zmierzył temperaturę powyżej maksymalnego przedziału pomiarowego. W takich przypadkach zaleca się sprawdzić, czy termometr jest prawidłowo przystawiony podczas pomiar. Jeżeli wyświetla się symbol „ERR", oznacza to, że termometr źle działa skontaktować się z Serwisem Konsumenta.
4. Po wykonaniu pomiaru wyłączyć termometr naciskając przycisk (jeżeli zapomnimy o tym i pozostawimy go włączony, wyłączy się automatycznie po upływie około 2 minut). Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się „ERR", oznacza to, że termometr źle działa: skontaktować się z Serwisem Konsumenta.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU POMIARU POD PACHĄ

Ze względu na fakt, że pot w pachach wpływa na pomiar bezpośredniego i szybkiego, zaleca się jego użycie rektalne lub doustne.

Gdyby zaszła potrzeba wykonania pomiaru pod pachą, zastosować wyniemione środki ostrożności, tak aby temperatura pod pachą ustabilizowała się:

- upewnić się, że pacha jest sucha przed pomiarem;
- umieścić końcówkę wyłączonego termometru i docisnąć ramię do ciała; przed rozpoczęciem pomiaru pozostać w tej pozycji przez około 60 sekund;
- rozpocząć pomiar zgodnie w sposób opisany w punkcie „sposób użycia".

WYBÓR SKALI °C/°F

Aby zmienić jedną skalę na drugą, wyłączyć termometr i przytrzymać naciśnięty przycisk ON/OFF przez około 3 sekundy, po upływie których wyświetlą się symbol zmiany jednostki pomiaru. Zwolnić przycisk. Termometr automatycznie wykona procedurę autotestu w celu przystąpienia do pomiaru.

WYMIANA BATERII

Termometr jest zasilany baterią typu LR-1130, której minimalna trwałość wynosi 1000 pomiarów. Wyświetlany symbol informuje o wyczerpaniu baterii. Natychmiast wymienić baterię. Nie używać baterii uszkodzonych, jakimś narzędziem pokrywkę wnęki na baterię w lewo o 45° i otworzyć ją. Wyjąć zużytą baterię i umieścić nową zwróconą biegunem dodatnim "+" do góry. Zamknąć pokrywkę wnęki obracając ją w prawo o 45°. Wyczerpane baterie trzeba wyrzucić do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów, zgodnie ze wskazówkami podanymi na końcu instrukcji. Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Są toksyczne, jeżeli zostaną połknięte.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Termometr wraz z sondą można czyścić wacikiem nasączonym alkoholem lub roztworami dezynfekującymi. Sonda jest wodoodporna. Przyrząd nie jest nieprzemakalny, dlatego nie należy go zanurzać w wodzie ani w innych cieczach, nie przecieky do środka. Nigdy nie stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani benzyny.

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiarowy temperatury: 32°C (90,0°F) - 42,9°C (109,9°F)
- Dokładność: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95,9°F) - 42,0°C (107,6°F); ±0,2°C [0,4°F] <35,5°C; >42,0°C
- Zasilanie: bateria LR-1130-1,5V DC lub bateria równoważna
- Przybliżony czas pomiaru: 10 sekund w orzeczonym testem
- Temperatura stosowania: 10°C - 35°C (50°F - 95°F), wilgotność <=85%RH bez kondensacji, 700-1060 hPa
- Przewidywana trwałość 10000 pomiarów

WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA			
Temperatura -25°C / 55°C (-13,0°F / 131,0°F)	Bez kondensacji	Wilgotność <=85%RH bez kondensacji	

Ciśnienie transportu/przechowywania: 700 hPa - 1060 hPa

LOT	Numer partii	REF	Kod produktu
	Końcówka jest częścią nakładaną typu BF		Producent

IP 22 stopień ochrony przed przenikaniem cząstek stałych i płynów (przeciekanie - nachylenie 15°).

Zgodny z dyrektywą MDD 93/42/EWG i 2007/47/WE

Zgodny z normą EN 12470-3:2000+A1:2009

Termometry lekarskie - część 3: termometry elektryczne kompaktowe (nieprogrnozujące i prognozujące) z urządzeniem maksymalnym.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

1. Termometr został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami oraz z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej.

Trzeba jednakże zastosować kilka środków ostrożności w kwestii EMC oraz przygotować i używać termometr zgodnie ze wskazaniami zasad EMC przytoczonymi w tym dokumencie.

2. Bezprzewodowy sprzęt komunikacyjny, tak jak i bezprzewodowe urządzenia domowe, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe wraz ze stacjami radiowymi czy walkie-talkie mogą wpływać na działanie tego urządzenia i należy je trzymać w odległości równej co najmniej wymiarowi „d".

Odległość "d" jest obliczona przez producenta w oparciu o kolumnę od 800 MHz do 2,5 GHz w tabeli nr 6 normy IEC 60601-1-2: 2007, w zależności od przypadku.

W celu ograniczenia możliwych interferencji z urządzeniami przenośnymi lub z nadajnikami RF, producent zaleca trzymanie sprzętu w bezpiecznej odległości równej co najmniej 1 m.

Wyższe informacje na temat EMC znajdują się w załączonej tabeli.

- Kątna prostejwnych zakresach pomiarowych.
- Zakres pomiarowy: 32°C (90,0°F) - 42,9°C (109,9°F)
- Dokładność: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95,9°F) - 42,0°C (107,6°F); ±0,2°C [0,4°F] <35,5°C; >42,0°C
- Zasilanie: bateria LR-1130-1,5V DC lub bateria równoważna
- Przybliżony czas pomiaru: 10 sekund w orzeczonym testem
- Temperatura stosowania: 10°C - 35°C (50°F - 95°F), wilgotność <=85%RH bez kondensacji, 700-1060 hPa
- Przewidywana trwałość 10000 pomiarów

WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA			
Temperatura -25°C / 55°C (-13,0°F / 131,0°F)	Bez kondensacji	Wilgotność <=85%RH bez kondensacji	

Ciśnienie transportu/przechowywania: 700 hPa - 1060 hPa

LOT	Numer partii	REF	Kod produktu
	Końcówka jest częścią nakładaną typu BF		Producent

IP 22 Bałjwk prostaszas ενάντια στην είσοδο στερεών και υγρών σωμάτων (στάξη με κλίση 15°).

Σύμφωνα με την οδηγία MDD 93/42/ΕΟΚ και 2007/47/ΕΚ

Συμμορφούνται με το πρότυπο EN 12470-3:2000+A1:2009.

Κλινικά θερμόμετρα — Μέρος 3: επιδόσεις των συμπαγών ηλεκτρικών θερμομέτρων (κατά αντιπαραβολή και συμπερασμό) με διάταξη μέγιστης θερμοκρασίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

1. Το θερμόμετρο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οριστικά μέτρα προφύλαξης για την HMS. Να προστατεύεται και να χρησιμοποιείστε το θερμόμετρο σύμφωνα με τις υποδείξεις HMC που παρέχονται με το παρόν έγγραφο.

2. Η συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, όπως οι ασύρματες συσκευές του οικιακού δικτύου, τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλέφωνα και οι βάσεις τους, καθώς και τα walkie-talkie μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη συσκευή και θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον σε απόσταση "d" από αυτήν.

Η απόσταση "d" υπολογίζεται από τον κατασκευαστή στη στήλη των 800MHz στα 2,5 GHz του πίνακα 6 του προτύπου IEC 60601-1-2: 2007, κατά περίπτωση.

Προκειμένου να μειωθούν τυχόν παρεμβολές από κινητές συσκευές ή πομπούς ΡΣ, ο κατασκευαστής προτείνει να διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1 μέτρου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ΗΜΣ του θερμόμετρου FLEX NIGHT μπορείτε να ζητήσετε από την Artsana S.p.A χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εγγραφείο. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για βαθμονόμηση. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το θερμόμετρο. Για περισσότερες αμφιβολία ή πρόβλημα επικοινωνήστε με την Artsana S.p.A.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για οποιαδήποτε μη ορθή λειτουργία που υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης.

Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα.

Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με την μη ορθή λειτουργία του προϊόντος ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στην χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.

TR FLEX NIGHT TERMOMETRE

TALİMATLAR

Lütfen kullanmadan önce güvenlik talimatlarını ve kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

UYARILAR

Ilk kez kullanmadan önce ve her ölçümden sonra, probu temizleyin ve dezenfekte edin. Güvenli ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Oyuncak değildir. Ateş ölçümü sırasında kesinlikle çocukları yalnız bırakmayın. Termometre, çocukların sağlığını riske atacak şekilde çocuklar tarafından yutulabilecek küçük bileşenler (pil vb.) içerir. Bilişsel kısıtlamaları olan kişiler, termometreyi bir yetişkin denetimi altında kullanmalıdır. Termometre yalnızca vücut sıcaklığının ölçülmesi için tasarlanmıştır. Ürünün çalışmasıyla ilgili şüphe uyandıran çalışmayla ilgili şüphe duyulması durumunda, lütfen üretici ile iletişime geçin. Termometreyi onarmaya kalkışmayın. Şüphe veya atexin yükselmesi halinde, doktora başvurun. Kullanımdan sonra termometreyi serin, kuru ve tozdan korunaklı bir yerde saklayın. Doğru ölçüm termometrenin düzgün bir şekilde yerleştirilmesi, hassasiyet için önemlidir. Ateşin ölçülmesinden önceki 15 dakika boyunca, sıcak veya soğuk içecekler içmeyin, egzersiz yapmayın, duş veya banyo yapmayın ve sigara içmeyin. Ateşin doğru bir şekilde ölçülmesi için, aşağıdaki talimatları takip edin. Yalnızca rektal ve oral kullanım içindir. Doğrudan ölçüm için termometre kullanılmasına gerek yoktur.

KULLANIM TALİMATLARI:

1. ACMA/KAPAMA düğmesine basarak termometreyi açın.
2. Ekran, sırasıyla tüm bölümleri aşağıdaki sırayla gösterecektir: "188,8°E M" » "Ölçülen son atеş" (örn., 36,0°C M/96,8°F M) » "37,0°C/98,6°F" (otomatik test sıcaklığı) » "Lo°C/ Lo°F", ölçüm başlangıcını göstermek için yanıp sönen °C sembolü ile birlikte.
3. Termometreyi yerleştirin:
   a. Oral kullanım (~1 dak.): Probun uç kısmını ağzınızın alt kısmına, dilinizin altına yerleştirin ve ağzınızı kapatın.
   b. Rektal kullanım (~10 sn.): Probun ucunu rektumun birkaç milimetre içerisine yerleştirin. Bu işlem sırasında herhangi bir direnç hissederseniz durdurun. Bebeğin ateşini rektal olarak ölçmek için, bebeği sert bir zemin üzerinde yana doğru yatırın ve ölçüm sırasında bebeğinizin hareket etmediğinden emin olun. Bu bebeklerde bacaklarını göğsüne doğru kaldırın. Vücut iç sıcaklığının daima vücut dış sıcaklığından biraz daha yüksek (yaklaşık 0,5°C) olduğunu unutmayın. Üç günlük bir bebeğin ateşini ölçerken bu önemlidir.
4. Ölçüm tamamlandığında, bir bip sesi ile uyarı verilir. Sıcaklığın okunmasını kolaylaştırmak için ekran birkaç saniye yanar. **YÜKSEK ATEŞ ALARMI:** Ateş yüksek (>= 38,0°F) ise, bir alarm sesi duyacaksınız.
5. Lo°C/ Lo°F görüntülenirse, termometre, ölçüm aralığının minimum sınırı altındaki bir sıcaklığı ölçmüştür. Lo°C/ Lo°F görüntülenirse, termometre, ölçüm aralığının maksimum değeri üstündeki bir sıcaklığı ölçmüştür. Bu durumlarda termometrenin doğru bir şekilde yerleştirildiğinin kontrol edilmesini ve ölçümün tekrarlanmasını öneririz. Termometre termometre düzgün çalışmıyordur. Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçin.
6. Ölçüm sonrasında düğmeye basarak termometreyi kapatın (AÇIK unutursanız, yaklaşık 2 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır). "ERR" belirirse, termometre düzgün çalışmıyordur. Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçin.

KOLTUK ALTINDAN ÖLÇÜM YAPILMASI DURUMUNDA ALINACAK TEDBİRLER

Termometre doğrudan ve hızlı ölçüm yapılmasına yönelik olduğu için, rektal ve oral kullanımı önerilmiştir.

Koltuk altı sıcaklığını ölçmeniz gerekiyorsa, koltuk altı sıcaklığının dengelenmesi için su tedbirleri alın:

- Koltuk altının kuru olduğundan emin olun;
- Termometre hala kapalıyken, ucu koltuk altınıza yerleştirin ve kolunuzu vücudunuza sıkı bir şekilde bastırarak, ölçümden önce yaklaşık 60 saniye boyunca bu şekilde kalın;

"Koltuk altı ölçümü" paragrafında belirtildiği şekilde ölçüme devam edin.

°C/°F ÖLÇÜM BİRİMİNİN SEÇİLMESİ

Ölçüm birimini değiştirmek için, termometre kapalı iken, AÇMA/KAPAMA düğmesine en az 2 saniye süreyle basılı tutun; bu işlem sonrasında, ölçüm birimi değişimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Düğmeyi serbest bırakın. Termometre, ölçüme devam etmek için otomatik test prosedürünü başlatacaktır.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Termometre, ortalama yaklaşık 1.000 ölçüm ömrüne sahip bir LR-1130 pil ile çalışır. Pilin azaldığını göstermek için " " sembolü görüntülenir. Pili değiştirmek için: Bir aleti yardımıyla pil kapağını saat yönünün tersine 45° çevirerek pil bölmesini açın. Pili derhal değiştiriniz. Boş pili çıkartınız ve pozitif "+" tarafını yukarı bakacak şekilde yeni bir pil takın. Saat yönünde 45° çevirerek bölme kapağını kapatın. Eski pilleri, bu kılavuzun sonundaki talimatları takip ederek ayrılmış atık toplama muhafazalarına atın. Çocukların erişiminden uzak tutun; yutulması halinde zehirlidirler.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

Termometre ve probu, alkol veya bir dezenfektan solüsyonla nemlendirilmiş hijyenli pamuk kullanarak temizlemelidir. Prob su geçirmez özelliktedir. Alet su geçirmez özellikte değildir. Sıvıya batırmayın veya içerisine su ya da diğer sıvıların girmesine izin vermeyin. Asla aşındırıcı deterjanlar, solventler veya benzin kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sıcaklık ölçüm aralığı: 32 °C (900 °F) - 42,9 °C (109,9 °F).
- Hassasiyet: ±0,1 °C (0,2°F) 35,5°C (95,9°F) - 42,0°C (107,6°F); ±0,2°C [0,4°F] <35,5°C >42,0°C
- Güç: LR-1130-1,5V DC pil veya eşdeğeri.
- Tahmini ölçüm süresi: Test sonucunda 10 saniye
- İşletim sıcaklığı: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), nem <=%85RH yoğuşmasız, 700-1060hPa
- Beklenen kullanım ömrü 10.000 ölçüm

NAKLİYE VE DEPOLAMA ORTAMLARININ ISISI			
Sıcaklık -25 °C / 55 °C (-13,0°F / 131,0°F)	Yoğuşmasız	Nem <=%85RH yoğuşmasız	

Taşıma/saklama basıncı: 700hPa - 1060hPa

LOT	Parti numarası	REF	Katalog Numarası
	Prob tip BF uygulamalı bir parçadır		Üretici

Katı ve sıvı nüfuzuna karşı koruma derecesi IP 22 (15° eğildiğinde su damlatma).

MDD 93/42/EEC ve 2007/47/EC Direktifine uygundur

Uygunluğu değerlendirilmiştir EN 12470-3:2000+A1:2009

Klinik termometreler - kısım 3: kompakt elektrikli termometreler(in tahmin edilemeyen ve tahmin edilmeyen formansı, maksimum cihaz ile.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

1. Termometre, geçerli standartlar ve Elektromanyetik Uyumluluk gerekleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yine de, bu EMC direktifleri ve termometrenin bu dokümanda verilen EMC talimatlarına uygun olarak kullanılması gereklidir.

2. Ev ağı kablosuz cihazları gibi telefonları, kablosuz telefonlar ve bunların baz istasyonları ve el telsizi gibi kablosuz iletişim ekipmanı, bu cihazı etkileyebilir ve söz konusu ekipmandan en az "d" mesafesinde tutulmalıdır.

"d" mesafesi, cihaz üreticisi tarafından, IEC 60601-1-2: 2007 Tablo 6, 800MHz ila 2,5 GHz sütunu, standart: IEC 60601-1-2: 2007 (duruma bağlı olarak).

Cep telefonlarından ve RF vericilerinden kaynaklanabilecek girişimi azaltmak için, termometre en az 1 m uzaklığında muhafaza edilmesini öneririz.

FLEX NIGHT termometrenin EMC uygunluluğuna ilişkin daha fazla bilgi için, bu kılavuzda verilen irtibat bilgisini kullanarak Artsana S.p.A ile irtibata geçin. Bu cihaz, kalibrasyon için tasarlanmıştır. Termometreyi onarmaya kalkışmayın. Herhangi bir şüphe veya sorun durumunda, Artsana S.p.A ile irtibata geçin.

GARANTİ

Ürün, kullanım talimatlarında belirtildiği üzere normal kullanım koşullarındaki tüm uygunluk kusurlarına karşı garanti edilmiştir.

Dolayısıyla garanti; uygunsuz kullanım, eskime veya tesadüfi olayların neden olduğu hasarlar durumunda geçerli olmayacaktır.

Garanti süresi boyunca, uygunluk kusurları ile ilgili ürünün satın alındığı ülkede, geçerli ulusal yasaların varsa özel hükümlerine başvurun.

RU TERMOMETР FLEX NIGHT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с предупреждениями и инструкциями по использованию и сохраните их для обращения в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед первым использованием и после каждого измерения очищайте и стерилизуйте зонд. Храните в надежном месте, недоступном для детей. Термометр — не игрушка. Никогда не оставляйте ребенка одного при измерении температуры. Термометр содержит небольшие компоненты (батарейки и т.п.), которые могут быть проглочены детьми с соответствующим риском для их здоровья. Использование лицами со сниженными умственными способностями должно проходить под присмотром взрослых. Термометр предназначен только для измерения температуры тела. В случае ударов, падений, или в других случаях, когда существуют сомнения в отношении функционирования прибора, обратитесь к производителю. Не пытайтесь производить ремонт термометра. В случае возникновения сомнений или повышения температуры, обращайтесь к врачу. После использования уберите термометр в сухое и прохладное место, защищенное от пыли. Правильное положение термометра является основополагающим для точного определения температуры. Избегайте пить горячих или холодных напитков (с температурой ниже 10,0 °F) перед измерением, заниматься физическими упражнениями или курить за 15 минут до измерения температуры, принимать ванны или душ и курения за 15 минут до измерения температуры. Для правильного измерения температуры, выполняйте следующие инструкции. Только для ректального и орального назначения. Термометр прямого измерения. Не нуждается в повторной калибровке.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Включите термометр, нажимая кнопку ON/OFF
2. На индикаторе последовательно появятся все сегменты: "188,8°E M" » "Последнее измерение" (например, 36,0°C M/96,8°F M) » "37,0°C/98,6°F" (температура самотестирования) » "Lo°C/ Lo°F" с мигающим символом °C, указывающим начало измерения;
3. Установите термометр:
   a. Оральное применение (~10 сек): расположите наконечник зонда в нижней части ротовой полости, под язык и зажмите рот.
   b. Ректальное применение (~10 сек): установите наконечник зонда в прямую кишку на несколько мм. Если в ходе операции наблюдается сопротивление, незамедлительно прервите процедуру. Для измерения температуры тела малыша ректальным способом, положите его на бок на твердую поверхность и вместите ножки и ягодицы, удерживая его, таким образом, чтобы он не мог перевернуться при измерении. Помните, что внутренняя температура тела всегда слегка превышает внешнюю (приблизительно на 0,5°C). Не используйте смазочные вещества, взвелин или другие подобные средства на наконечнике.
4. Звуковой сигнал говорит о снятии показаний. Дисплей освещается на несколько секунд для возможности считывания показаний тела температуры. **СИГНАЛ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:** Если температура ≥ 37,8°C (≥ 100.0 °F), издается предупредительный звуковой сигнал.
5. Если отображается надпись Lo°C/ Lo°F, термометром замерена температура, которая ниже, чем минимальное значение интервала измерения. Если отображается надпись HI°C/ HI°F, термометром замерена температура, превышающая максимальное значение интервала измерения. В этих случаях рекомендуется проверить расположение термометра и повторить измерение. Появление надписи «ERR» говорит о наличии проблем функционирования термометра: следует обратиться в Сервисную службу.
6. После измерения выключите термометр, нажимая кнопку (если термометр оставлен включенным, он сам выключится спустя приблизительно 10 минут). Появление надписи «ERR» говорит о наличии проблем функционирования термометра: следует обратиться в Сервисную службу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СЛУЧАЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ

В связи с тем, что это термометр прямого и быстрого измерения, рекомендуется его ректальное и оральное использование.

В случае необходимости измерения температуры в подмышечной впадине, следует соблюдать следующие меры предосторожности для возможности получения наиболее точных данных:

- убедитесь, что подмышечная впадина сухая;
- расположите наконечник выключенного термометра и прижмите руку к телу, согласно данное положение приблизительно в течение 60 секунд до начала измерения;
- замерьте температуру в соответствии с указаниями параграфа "Применение"

ВЫБОР ШКАЛЫ °C/°F

Для переключения с одной шкалы к другой, при выключенном термометре, удерживайте кнопку ON/OFF, по меньшей мере, в течение 2 секунд, по истечении которых будет отображена смена единицы измерения. Отпустите кнопку. Термометр автоматически запустит процедуру самостестирования для возможности измерения.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Питание термометра осуществляется за счет батарейки типа LR-1130, минимальный срок службы которой составляет 1000 измерений. Символ указывает на то, что батарейка разряжена. Немедленно замените батарейку. Для замены батарейки батарейного отсека, поворачивая крышку против часовой стрелки на 45° при использовании инструмента. Выньте использованную батарейку и установите положительным полюсом "+" обращенным вверх. Закройте крышку отсека, поворачивая по часовой стрелке на 45°. Разряженные батарейки должны быть утилизированы в соответствии для дифференцированного сбора мусора, в соответствии с указаниями, приведенными в конце инструкций. Храните вне доступа детей, чтобы избежать проглатывания. Они токсичны, если будут проглочены.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Термометр и его зонд могут очищаться при использовании ватного тампона, смоченного в спирте или в дезинфицирующих растворами. Зонд является водонепроницаемым. Термометр не является водонепроницаемым, не погружайте его в воду или другие жидкости и не допускайте попадания внутрь жидкостей. Не используйте абразивные моющие средства, растворители или бензол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения температуры: 32°C (90,0°F) - 42,9°C (109,9°F)
- Точность: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95,9°F) - 42,0°C (107,6°F); ±0,2°C [0,4°F] <35,5°C >42,0°C
- Питание: батарейка LR-1130-1,5В постоянного или эквивалентная
- Ориентировочное время измерения: 10 секунд в испытательной среде
- Температура измерения: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), влажность <=85%RH без конденсата, 700-1060hPa
- Предусмотренный срок службы 10.000 измерений

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ			
Температура -25°C / 55°C (-13,0°F / 131,0°F)	Без конденсата	Влажность <=85%RH без конденсата	

Давление при транспортировке/хранение: 700hPa - 1060hPa

LOT	Номер партии	REF	Код изделия
	Применяется зонд типа BF		Изготовитель

IP 22 класс защиты от проникновения твердых тел и жидкостей (капание - наклон 15°).

Соответствует требованиям директивы MDD 93/42/CEE и 2007/47/CE

Соответствует требованиям стандарта EN 12470-3:2000+A1:2009

Медицинские термометры - часть 3: Электронные компактные клинические термометры (сравнительного или экстраполяционного типа) с устройством сохранения и указания максимального значения.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

1. Термометр был разработан в соответствии с действующими нормативами и предъявляемыми требованиями электромагнитной совместимости.

В любом случае, необходимо принимать некоторые меры предосторожности относительно электромагнитной совместимости, предусмотрев их использование в соответствии с указаниями в отношении электромагнитной совместимости, предоставленными в настоящем документе.

2. Беспроводные системы связи, такие как wi-fi роутеры, мобильные телефоны, радиотелефоны и их базовые радиостанции, переносные радиостанции или радиотелефоны, а также электрические устройства должны находиться, по меньшей мере, на расстоянии "d" от устройства.

Расстояние "d" рассчитано изготовителем на основе данных столбца от 800МГц до 2,5ГГц в таблице 6 стандарта IEC 60601-1-2: 2007, в зависимости от конкретных условий.

В целях снижения возможных помех от мобильных устройств или переносных приемников RF, изготовитель рекомендует держать устройство на расстоянии безопасности, по меньшей мере, 1 м.

Дополнительную информацию относительно электромагнитного соответствия термометра FLEX NIGHT можно получить в Artsana S.p.A при использовании данных, приведенных в данном руководстве. Устройство не нуждается в повторной калибровке. Не следует пытаться осуществлять ремонт термометра. В случае возникновения сомнений или проблем, обращайтесь в компанию Artsana S.p.A.

ГАРАНТИЯ

Изделие гарантируется на отсутствие дефектов соответствия при нормальных условиях использования, согласно указаний инструкций по эксплуатации.

В любом случае, гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием или непредвиденными обстоятельствами.

В отношении длительности гарантии на дефекты соответствия см.специальные положения национальных стандартов, применяемых в стране приобретения изделия, когда они предусмотрены.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'etichetta o sulla confezione del prodotto, indica che la stessa, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziato per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per il successivo avviamento del prodotto dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composti i materiali. Per ulteriori informazioni sul sistema di raccolta disponibile, rivolgersi ai servizi locali di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH EC DIRECTIVE 2006/66/EC

The crossed bin symbol on the batteries or product pack indicates that, at the end of their useful life, batteries must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your retailer when purchasing a new battery of equivalent type. The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for disposing of the batteries at the end of their life, so that they can be treated and recycled. If the spent batteries are collected separately to separate waste, they can be sent on for recycling, treatment and disposal, thus reducing the impact on both the environment and human health, and contributes towards the recycling of the batteries' substances. Non-compliance with the norms on the correct disposal of batteries is punished by law. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the batteries.

CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2012/19/UE.

Le symbole du bac à roues barré indiqué sur le produit ou en en pile ou sur l'emballage du produit indica que les piles, à la fin de sa vie utile, devront être traitées séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de collecte sélective pour les équipements électriques et électroniques ou le rendre à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareillage équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adaptée visant à permettre par la suite l'on n'utilise plus au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux contenus dans le produit est composé. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au magasin où l'appareil a été acheté.

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum moet worden gebracht voor inzameling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt teruggebracht aan de verkoper bij de aankoop van een nieuw apparaat van gelijkwaardige aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De juiste gescheiden afvalverwerking voor de latere recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het apparaat is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of tot de winkel waar u het product gekocht.

TO PRÓIÓN AYTO EINAI ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, στα συλλογικά σημεία για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή με την αγορά καινούριου παρόμοιου προϊόντος. Ο χρήστης έχει την ευθύνη για την απόρριψη του ηλεκτρικού εξοπλισμού στις κατάλληλες υποδομές για την ανακύκλωση, την επεξεργασία και την ανακύκλωση μπαταριών στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την επακόλουθη ανακύκλωση, επεξεργασία και απόρριψη του εξοπλισμού με τρόπο ώστε να μειώνονται οι πιθανές αρνητικές επιπτώσε